



Hospital Ministro
Costa Cavalcanti

Fundação de
Saúde ItaiguapY

**EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 001/2022
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

[LOGO DA EMPRESA]

À
FUNDACÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
A/C: COMISSÃO DE JULGAMENTO
EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 045/2021

PROPOSTA COMERCIAL

item BOMBA DE INFUSÃO

COMODATO – Bomba de Infusão para Nutrição Enteral

Bomba volumétrica, compacta, com contagem de volume em ml, registro em memória do volume infundido, dotada de alarmes visuais e sonoros, os quais são acionados nos seguintes eventos: oclusão de via, vazão livre; ar na linha, fim de infusão, bateria com carga baixa. Bivolt. Preferencialmente com opção de travamento, e programação de infusão com pausas e irrigação.

A proponente deverá efetuar as suas expensas:

1

- a) Manutenção preventiva e calibração anual dos equipamentos, com emissão de laudo técnico;
- b) Manutenção corretiva sempre que necessário. Após manutenção corretiva, os equipamentos devem ser calibrados.
- c) Durante a manutenção (preventiva ou corretiva), a empresa deverá fornecer equipamentos de reserva para a continuidade do atendimento.
- d) As manutenções corretivas devem se atendidas no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento da notificação.

Número mínimo de equipamentos cedidos em modalidade de comodato: 50 unidades.

item	EQUIPO	Quant. Ano	Valor Unitário	Valor Total
2	Equipo simples para nutrição enteral uso em bomba de Infusão: De uso único, preferencialmente estéril, airogênico, atóxico, tubo translúcido e flexível, livre de látex e DEHP; Ponta perfurante, conexão universal para bolsas/frascos dieta enteral; Clamp antifluxo livre com trava; Injetor lateral para medicamento. Terminal conector cônicamente escalonado que não permite a conexão em acesso venoso, com tampa. Embalagem individual de acordo com a legislação vigente, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	4641	R\$ 0,00	
3	Equipo duplo para nutrição enteral uso em bomba de Infusão: De uso único, preferencialmente estéril, airogênico, atóxico, tubo translúcido e flexível, livre de látex e DEHP; Ponta perfurante, conexão universal para bolsas/frascos dieta enteral e bolsa/frasco para hidratação; Clamp antifluxo livre com trava; Injetor lateral para medicamento. Terminal conector cônicamente escalonado que não permite a conexão em acesso venoso, com tampa. Embalagem individual de acordo com a legislação vigente, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Prazo de Validade: 90 (noventa) dias, a contar do recebimento desta.
 Local, Data.

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal)