

EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 001/2022 ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

O presente documento estabelece as especificações técnicas mínimas aplicáveis para o comodato de equipamento para infusão de nutrição enteral e venda de equipos de uso em bomba de infusão.

2. ESCOPO DO FORNECIMENTO

2.1 Local de entrega: Almoxarifado Divisão de Nutrição e Dietética.

2.2 Quantidade: Sob Demanda.

2.3 Prazos: 60 meses (Reajuste INPC). Entrega em até 7 dias do pedido.

2.4 Forma de pagamento:

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO

01 – COMODATO – Bomba de Infusão para Nutrição Enteral

Bomba volumétrica, compacta, com contagem de volume em ml, registro em memória do volume infundido, dotada de alarmes visuais e sonoros, os quais são acionados nos seguintes eventos: oclusão de via, vazão livre; ar na linha, fim de infusão, bateria com carga baixa. Bivolt. Preferencialmente com opção de travamento, e programação de infusão com pausas e irrigação.

A proponente deverá efetuar as suas despesas:

- a) Manutenção preventiva e calibração anual dos equipamentos, com emissão de laudo técnico;
- b) Manutenção corretiva sempre que necessário. Após manutenção corretiva, os equipamentos devem ser calibrados.
- c) Durante a manutenção (preventiva ou corretiva), a empresa deverá fornecer equipamentos de reserva para a continuidade do atendimento.
- d) As manutenções corretivas devem ser atendidas no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento da notificação.

Número mínimo de equipamentos cedidos em modalidade de comodato: 50 unidades.

02 - Equipo simples para nutrição enteral uso em bomba de Infusão:

De uso único, preferencialmente estéril, apirogênico, atóxico, tubo translúcido e flexível, livre de látex e DEHP; Ponta perfurante, conexão universal para bolsas/frascos dieta enteral; Clamp antirrefluxo livre com trava; Injetor lateral para medicamento. Terminal conector cônico escalonado que não permite a conexão em acesso venoso, com tampa. Embalagem individual de acordo com a legislação vigente, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

Consumo médio anual: 4641




EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 001/2022
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

03 - Equipamento duplo para nutrição enteral uso em bomba de Infusão:

De uso único, preferencialmente estéril, apirogênico, atóxico, tubo translúcido e flexível, livre de látex e DEHP; Ponta perfurante, conexão universal para bolsas/frascos dieta enteral e bolsa/frasco para hidratação; Clamp antirrefluxo livre com trava; Injetor lateral para medicamento. Terminal conector cônico escalonado que não permite a conexão em acesso venoso, com tampa. Embalagem individual de acordo com a legislação vigente, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, validade, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

Consumo médio anual: 100

Elaboração:


ERIDAN REGINA DE MELLO BERTÉ
Gerente Divisão de Nutrição e Dietética


CARLA BASILE
Gerente Departamento de Apoio Técnico

Validação:


SANDRO JAIR MOISES BOTTINI SCARPETTA
Diretor Assistencial

