



**RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS  
Nº 017/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA  
ANÁLISES DO HEMOGRAMA E RETICULÓCITOS**

**PERGUNTA:**

3.4 – Proposta para 2 (dois) Equipamentos iguais com manual em Português(BR), podendo ser:

- a) Equipamentos Novos Utilização durante toda a vigência do contrato (Sem a necessidade da troca do aparelho durante o contrato);
- b) Equipamentos Usados com até 3 anos de uso comprovados com NF de compra Certificado de Refurbished. Obrigatório a troca dos equipamentos na metade do contrato. (30 meses) por outro equipamento com até 3 anos de uso comprovados com NF de compra e Certificado do Refurbished, com os mesmos reagentes informados no contrato.

Os equipamentos da proposta devem estar dentro dessas especificações:

- a) Serem iguais com Rack
- b) Contagem de reticulócitos automatizada
- c) Capacidade Superior a 80 amostras/hora
- d) Rack para tubos pediátricos (Modulo Fechado)
- e) Reagentes da mesma marca do Equipamento

Tendo em vista que o intuito deste processo é de ter uma maior concorrência e um menor preço global, perguntamos:

Para uma demanda diária em média de 180 hemogramas/dia é realmente necessário que os dois equipamentos sejam iguais, ou seja, com o mesmo throughput?

**RESPOSTA:**

Utilizando equipamentos diferentes, são necessários reagentes e controles de qualidade distintos, ocasionando perdas por vencimento, pois na rotina somente é utilizado o equipamento de grande porte, o back-up, somente é utilizado numa parada do equipamento principal, devido a ausência de rack e lentidão na realização dos exames.

A solicitação das máquinas iguais são para padronizar os resultados, numa parada de um dos equipamentos, não impactar na rotina, devido a produção do back-up ser inferior, e aprimorar o controle dos insumos utilizados, para não termos perdas com vencimento dos reagentes, por baixa utilização do back-up.

O objetivo é trabalhar diariamente com as 2 máquinas para garantir a total performance dos 2 aparelhos em qualquer parada, ou manutenção preventiva e corretiva, minimizando os atrasos nas entregas dos resultados e padronizando o resultado igual nos 2 aparelhos.

Foz do Iguaçu, 31 de maio de 2022.

**THAIS ROSANE GOMES DA SILVA**

Presidente da Comissão de Julgamento em exercício