



**RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS ACERCA DO EDITAL DE COLETA DE PREÇOS
Nº 027/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA
ANÁLISES BIOQUÍMICA E IMUNO-HORMÔNIO**

Reiteramos que a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY**, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, é administradora do **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**. Considerando a natureza jurídica da **FUNDAÇÃO** e de sua mantenedora, esta aquisição não está sujeita a Lei nº 8.666/93, nem tampouco a Lei nº 10.520/2002 vigentes, portanto, não realizamos licitações. Apenas damos publicidade às necessidades de aquisição com o intuito de ampliar a concorrência, ainda que sem qualquer vínculo com processos de natureza licitatória pública. A eventual utilização de termos semelhantes neste processo é mera coincidência, oportunidade ou conveniência.

Dentro do prazo estipulado em edital, foram recebidos os seguintes questionamentos:

PERGUNTA 1: No documento ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, item 2 ESCOPO, no subitem 2.2 ii é solicitado o item “TROPONINA I ULTRA” Diante do solicitado a [...] vem solicitar esclarecimento se, este estimado órgão poderia aceitar o reagente “TROPONINA I” ou “TROPONINA T ULTRA”?

RESPOSTA 1: Serão aceitas as 2 apresentações: Troponina I ou Troponina T Ultrassensível.

Foz do Iguaçu, 03 de agosto de 2022.

DANIEL VICENTE FERREIRA
Presidente da Comissão de Julgamento