

EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 012/2023
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. O presente documento estabelece as especificações técnicas mínimas aplicáveis para contratação de empresa para disponibilização, por meio de comodato ou locação, de dois equipamentos e fornecimento de todos os insumos necessários para a realização dos exames de gasometria no Laboratório de Análises Clínicas do **HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI**, em Foz do Iguaçu – PR.

2. ESCOPO DO FORNECIMENTO

2.1. Local de entrega: Hospital Ministro Costa Cavalcanti – Setor de Suprimentos
Rua Marapá, nº 456 – Itaipu “A”
CEP 85860-050 – Foz do Iguaçu – PR

2.2. Quantidade de equipamentos: 2 unidades.

2.3. Quantidade de exames de Gasometria: 1.500 testes/mês.

2.4. Prazos máximo de entrega e instalação: até dia 18 de agosto de 2023.

2.5. O pagamento de fornecimento de reagentes (cartucho): será de 28 (vinte e oito) dias corridos a partir da emissão da nota fiscal pela PROPONENTE.

2.6. No caso de a proposta mais vantajosa para a FUNDAÇÃO ser de locação de equipamentos, será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao aluguel, por meio de depósito bancário em conta corrente oportunamente informada pela empresa, devendo esta, emitir nota fiscal até o dia 20 (vinte) do mês de competência (mês vencendo), para o envio à FUNDAÇÃO até o 2º (segundo) dia útil seguinte ao da emissão.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

- a) 02 (dois) equipamentos idênticos de gasometria com controle de qualidade acoplado (cartucho único);
- b) Dosagem dos gases, eletrólitos, metabólitos (Glicose, Lactato e bilirrubina Total);
- c) Equipamentos com Nobreak e Impressora (interna);
- d) Implantação e licença para uso da interface com o software de gestão laboratorial (atualmente *Concent*) para os 2 equipamentos por conta do fornecedor;

4 DISPOSIÇÕES GERAIS


4.1 Informar todos os insumos utilizados para a realização dos exames da proposta.

4.2 As manutenções preventivas e corretivas são de responsabilidade da PROPONENTE.

4.3 A PROPONENTE deverá realizar treinamentos após a instalação dos Equipamentos;

4.4 Assistência e especificações das máquinas:

- a) A PROPONENTE deverá disponibilizar assistência técnica e científica da marca do Reagente/Equipamento, por meio de contato telefônico e e-mail para abertura de Chamado, bem como contato telefônico emergencial para Finais de Semana e Feriados;





EDITAL DE COLETA DE PREÇOS 012/2023
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.5 Proposta para 2 (dois) Equipamentos, recomendável que sejam iguais com Manual em Português (BR), podendo ser:

- a) Equipamentos Novos: Utilização durante toda a vigência do contrato (Sem a necessidade da troca do aparelho durante o contrato);
- b) Equipamentos Usados: Com até 3 anos de uso comprovados com NF de compra e Certificado do Refurbished. Obrigatório a troca dos equipamentos na metade do contrato. (30 meses) por outro equipamento com até 3 anos de uso comprovados com NF de compra e Certificado do Refurbished, com os mesmos reagentes informados no contrato.

Elaboração:


MAURÍCIO FRACASSO
Gerente da Divisão de Análises Clínicas


MARIA AFONSA ALVES
Gerente Departamento Técnico

